



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ТЕХНО-АС", Место нахождения: 140402, Россия, Московская область, город Коломна, улица Октябрьской Революции, дом 406, ОГРН: 1035004253019, Номер телефона: +7 4966151359, Адрес электронной почты: npo@technoac.ru

В лице: Директор Синица Виктор Васильевич

заявляет, что Термометры контактные цифровые, Термометры контактные цифровые торговой марки «ТЕХНО-АС», типа ТК-5, описание продукции: Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 08.2024 года
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ТЕХНО-АС", Место нахождения: 140402, Россия, Московская область, город Коломна, улица Октябрьской Революции, дом 406, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140402, Россия, Московская область, город Коломна, улица Октябрьской Революции, дом 406
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 26.51.66-010-23438578-2023 «Термометры контактные цифровые типа ТК-5».
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9025192000
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 084-09-24-ВТ выдан 10.09.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор""; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, "Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования", (разделы 6 и 7); Условия и сроки хранения: Условия хранения: Термометры контактные цифровые типа ТК-5 в упаковке предприятия – изготовителя должны храниться на складе на стеллажах не более, чем в 3 ряда. Элементы питания хранить отдельно. ТК-5 должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Без упаковки термометр допускается хранить при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 °С и относительной влажности от 30 до 80 %. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Средний срок службы должен быть не менее 10 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.12.2029 включительно



М.П.

Синица Виктор Васильевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.53993/24

Дата регистрации декларации о соответствии:

13.12.2024